

51. CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA-DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Kátia Liberato Scheidt¹; Maria da Conceição Samu Pezzi²; Janete Fortes³

Introdução: Central de Material e Esterilização-CME é destinada a receber material sujo e contaminado, descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los. **Objetivo:** Conhecer os produtos e processos realizados CME/IFF. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, realizado em novembro de 2009, que se utilizou de “levantamento de necessidades”, que segundo Polit (1995) o pesquisador coleta dados para avaliar as necessidades de um grupo. **Resultados/Discussão:** No quadro atual, a CME/IFF não atende às normas necessárias para um funcionamento eficaz. As adequações físicas realizadas no ambiente, para atender os processos de limpeza e descontaminação de artigos, durante as obras de reforma na área de expurgo comprometem a qualidade do produto final: a esterilização. Identificou-se a quebra da barreira física e mudanças no fluxo, que deveria ser contínuo e unidirecional. Houve retrocesso nos procedimentos de limpeza/desinfecção que passou a ser manual. Este modo contribui para a persistência de matéria orgânica nas ranhuras e nas partes mais internas do instrumental, o que impede o contato entre o agente esterilizante e artigo. Contribui ainda para o desgaste do instrumental, além da sobrecarga de trabalho com sérios problemas à saúde do trabalhador. Durante, *dezesete meses*, não houve investimentos relativos à aquisição de insumos (instrumentais, roupas) ou pessoal. O somatório destes fatos elevaram sobremaneira os níveis de stress da equipe CME e número de afastamentos. **Conclusão:** Várias foram as tentativas, registradas em documentos de operacionalização dos equipamentos (duas autoclaves, uma termodesinfetadora) na expectativa de retomar o fluxo adequado e unidirecional dos artigos, bem como todo o esforço para equalizar as demandas da instituição. Na busca por qualificar o processamento, racionalizar os gastos e otimizar os investimentos nos recursos materiais, equipamentos, pessoal e estrutura física, foi proposto um plano de trabalho e criação do “Comitê de apoio à gestão da CME/IFF”, até o momento inoperante.

Descritores: Central de Material Esterilização; Arquitetura; Gestão.

1 Enfermeira CME/IFF/FIOCRUZ Doutora em Ciências da Saúde. kscheidt@iff.fiocruz.br

2 Enfermeira CME/IFF/FIOCRUZ. Doutoranda em Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Membro do GESPEn. mcpezzi@uol.com.br

3 Enfermeira CME/IFF/FIOCRUZ. jameni@ig.com.br